
Datos Específicos (Specific Data):**Tipo de Torquímetro (Torque Tool Type):** Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro (Torque Tool Class):** Clase A / Class A**Descripción Torquímetro (Torque Tool Description):** Torquímetro ajustable con escala graduada o display analógico.**Elemento Intercambiable (Interchangeable Element):** N/A

% de Capacidad Max. <i>(% of Max Capacity)</i>	Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error Relativo <i>(Relative Error)</i>	EMP - ISO 6789:2017 <i>(MPE - ISO 6789:2017)</i>	Incertidumbre Relativa <i>(Relative Uncertainty)</i>	Intervalo de Incertidumbre <i>(Uncertainty Interval)</i>
18%	20.060 N·m	20 N·m	-0.297%	± 4%	± 1.5%	± 2%
60%	64.082 N·m	66 N·m	2.993%	± 4%	± 0.52%	± 3.70%
100%	107.032 N·m	110 N·m	2.776%	± 4%	± 0.650%	± 3.6%