
Datos Especificos (*Specific Data*):**Tipo de Torquímetro** (*Torque Tool Type*): Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro** (*Torque Tool Class*): Clase A / Class A**Descripción Torquímetro** (*Torque Tool Description*): Torquímetro ajustable con escala graduada o display analógico.**Elemento Intercambiable** (*Interchangeable Element*): N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
19%	302.360 in·lb	300 in·lb	-0.780%	± 4%	± 0.99%	± 1.9%
60%	959.824 in·lb	960 in·lb	0.018%	± 4%	± 0.78%	± 1.1%
100%	1603.162 in·lb	1600 in·lb	-0.197%	± 4%	± 0.80%	± 1.3%