

Certificado No. (Certificate #): 65688
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-01-30

Equipo (Instrument): Calibrador Pie de Rey
Marca (Brand): WOKIN

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	10.00 mm	10.01 mm	10 µm	± 30 µm	± 7.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	20.00 mm	20.03 mm	30 µm	± 30 µm	± 7.6E+00 µm
Exterior / (Exterior)	50.00 mm	50.09 mm	90 µm	± 30 µm	± 8.4E+00 µm
Exterior / (Exterior)	100.00 mm	100.19 mm	190 µm	± 30 µm	± 1.1E+01 µm
Exterior / (Exterior)	150.00 mm	150.19 mm	190 µm	± 30 µm	± 1.4E+01 µm
Interior / (Interior)	15.00 mm	15.00 mm	0 µm	± 30 µm	± 8.3E+00 µm
Interior / (Interior)	135.00 mm	135.20 mm	200 µm	± 30 µm	± 8.3E+00 µm
Profundidad / (Depth)	50.00 mm	50.05 mm	50 µm	± 30 µm	± 8.1E+00 µm
Profundidad / (Depth)	100.00 mm	100.19 mm	190 µm	± 30 µm	± 1.1E+01 µm