
Datos Específicos (*Specific Data*):**Tipo de Torquímetro** (*Torque Tool Type*): Tipo I / Type I**Clase de Torquímetro** (*Torque Tool Class*): Clase A / Class A**Descripción Torquímetro** (*Torque Tool Description*): Torquímetro con barra de Torsión.**Elemento Intercambiable** (*Interchangeable Element*): N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
17%	59.794 N·m	60 N·m	0.345%	± 6%	± 4.9%	± 5.4%
60%	239.622 N·m	240 N·m	0.158%	± 6%	± 1.2%	± 1.5%
34%	119.978 N·m	120 N·m	0.019%	± 6%	± 2.4%	± 2.6%
60%	179.944 N·m	180 N·m	0.032%	± 6%	± 1.6%	± 1.8%
100%	335.977 N·m	335 N·m	-0.291%	± 6%	± 0.89%	± 1.3%