
Datos Específicos (*Specific Data*):**Tipo de Torquímetro** (*Torque Tool Type*): Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro** (*Torque Tool Class*): Clase A / Class A**Descripción Torquímetro** (*Torque Tool Description*): Torquímetro ajustable con escala graduada o display analógico.**Elemento Intercambiable** (*Interchangeable Element*): N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
5%	7.058 N·m	7 N·m	-0.826%	± 6%	± 4.2%	± 5.3%
7%	9.014 N·m	9 N·m	-0.150%	± 4%	± 3.3%	± 3.7%
60%	81.200 N·m	81 N·m	-0.246%	± 4%	± 0.46%	± 0.90%
100%	135.490 N·m	135 N·m	-0.361%	± 4%	± 0.33%	± 0.80%