
Datos Específicos (Specific Data):**Tipo de Torquímetro (Torque Tool Type):** Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro (Torque Tool Class):** Clase A / Class A**Descripción Torquímetro (Torque Tool Description):** Torquímetro ajustable con escala graduada o display analógico.**Elemento Intercambiable (Interchangeable Element):** N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
10%	34.126 N·m	34 N·m	-0.369%	± 4%	± 0.89%	± 1.4%
35%	119.494 N·m	120 N·m	0.424%	± 4%	± 0.39%	± 1.0%
60%	204.412 N·m	204 N·m	-0.201%	± 4%	± 0.29%	± 0.60%
100%	340.138 N·m	340 N·m	-0.041%	± 4%	± 0.22%	± 0.30%