

Certificado No. (Certificate #): 66344

Equipo (Instrument): Nivel Digital

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-02-25

Marca (Brand): MILWAUKEE

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
5.00 °	4.98 °	-0.02 °	± 0.1 °	± 6.00E-03 °
15.00 °	14.99 °	-0.01 °	± 0.1 °	± 6.00E-03 °
25.00 °	25.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 7.00E-03 °
30.00 °	30.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 9.00E-03 °
45.00 °	45.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 6.00E-03 °
50.00 °	50.00 °	0.00 °	± 0.1 °	± 6.00E-03 °
60.00 °	59.99 °	-0.01 °	± 0.1 °	± 6.00E-03 °
75.00 °	74.98 °	-0.02 °	± 0.1 °	± 8.00E-03 °
90.00 °	89.99 °	-0.01 °	± 0.1 °	± 8.00E-03 °