

Certificado No. (Certificate #):

66986

Equipo (Instrument): Calibrador Pie de Rey

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2026-03-16

Marca (Brand):

Mitutoyo

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	10.16 mm	10.16 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 4.0\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	25.40 mm	25.40 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 4.0\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	100.00 mm	100.00 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 4.0\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	150.80 mm	150.80 mm	0 μm	$\pm 70 \mu\text{m}$	$\pm 4.0\text{E}+01 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	200.00 mm	200.00 mm	0 μm	$\pm 70 \mu\text{m}$	$\pm 4.0\text{E}+01 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	76.20 mm	76.20 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 3.1\text{E}+01 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	100.00 mm	100.00 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 3.1\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	50.80 mm	50.80 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 3.3\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	100.00 mm	100.00 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 3.3\text{E}+01 \mu\text{m}$