

**Certificado No. (Certificate #):** 66987  
**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-03-16

**Equipo (Instrument):** Calibrador Pie de Rey  
**Marca (Brand):** GROZ

<b>Tipo de Medida (Measurement Type)</b>	<b>Patrón (Standard)</b>	<b>UBP (UUT)</b>	<b>Error (Error)</b>	<b>E.M.P (Tolerance)</b>	<b>Incertidumbre (Uncertainty)</b>
Exterior / (Exterior)	50.80 mm	50.80 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.7\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	100.00 mm	100.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.7\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	160.96 mm	160.96 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.7\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	200.00 mm	200.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.7\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	280.00 mm	280.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 40 \mu\text{m}$	$\pm 7.7\text{E}+00 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	80.00 mm	80.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.2\text{E}+00 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	150.80 mm	150.80 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.2\text{E}+00 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	100.00 mm	100.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.1\text{E}+00 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	200.00 mm	200.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.1\text{E}+00 \mu\text{m}$