
Datos Especificos (*Specific Data*):**Tipo de Torquímetro** (*Torque Tool Type*): Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro** (*Torque Tool Class*): Clase D / Class D**Descripción Torquímetro** (*Torque Tool Description*): Torquímetro tipo Destornillador, c graduada o display analógico.**Elemento Intercambiable** (*Interchangeable Element*): N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
20%	2.983 in·lb	3 in·lb	0.581%	± 6%	± 4.2%	± 4.9%
60%	9.040 in·lb	9 in·lb	-0.446%	± 6%	± 1.4%	± 2.0%
100%	15.003 in·lb	15 in·lb	-0.020%	± 6%	± 0.95%	± 1.1%