

Certificado No. (Certificate #):

67328

Equipo (Instrument): Profundímetro

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2026-03-19

Marca (Brand):

Mitutoyo

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Profundidad / (Depth)	12.70 mm	12.70 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	16.00 mm	16.00 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	38.10 mm	38.10 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	50.80 mm	50.80 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	100.00 mm	100.00 mm	0 μm	$\pm 50 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	176.20 mm	176.20 mm	0 μm	$\pm 70 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	200.00 mm	200.00 mm	0 μm	$\pm 70 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	250.80 mm	250.80 mm	0 μm	$\pm 80 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$
Profundidad / (Depth)	279.50 mm	279.50 mm	0 μm	$\pm 80 \mu\text{m}$	$\pm 2.9\text{E}+01 \mu\text{m}$