

Certificado No. (Certificate #):

67398

Equipo (Instrument): Profundímetro

Fecha de Calibración (Calibration Date):

2026-03-23

Marca (Brand):

Mitutoyo

| Tipo de Medida (Measurement Type) | Patrón (Standard) | UBP (UT)  | Error (Error)   | E.M.P (Tolerance)    | Incertidumbre (Uncertainty)      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| Profundidad / (Depth)             | 12.70 mm          | 12.70 mm  | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 16.00 mm          | 16.00 mm  | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 38.10 mm          | 38.10 mm  | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 50.80 mm          | 50.80 mm  | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 100.00 mm         | 100.00 mm | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 176.20 mm         | 176.20 mm | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 200.00 mm         | 200.00 mm | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 30 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 250.80 mm         | 250.80 mm | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 40 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |
| Profundidad / (Depth)             | 279.50 mm         | 279.50 mm | 0 $\mu\text{m}$ | $\pm 40 \mu\text{m}$ | $\pm 6.1\text{E}+00 \mu\text{m}$ |