
Datos Específicos (*Specific Data*):**Tipo de Torquímetro** (*Torque Tool Type*): Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro** (*Torque Tool Class*): Clase A / Class A**Descripción Torquímetro** (*Torque Tool Description*): Torquímetro ajustable con escala graduada o display analógico.**Elemento Intercambiable** (*Interchangeable Element*): N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
1%	88.243 N·m	90 N·m	1.995%	± 4%	± 0.65%	± 2.8%
25%	1871.500 N·m	1875 N·m	0.187%	± 4%	± 0.73%	± 1.2%
60%	4486.200 N·m	#4500 N·m	0.308%	± 4%	± 0.42%	± 1.0%
100%	7475.200 N·m	#7500 N·m	0.332%	± 4%	± 0.35%	± 0.98%