
Datos Específicos (Specific Data):**Tipo de Torquímetro (Torque Tool Type):** Tipo II / Type II**Clase de Torquímetro (Torque Tool Class):** Clase A / Class A**Descripción Torquímetro (Torque Tool Description):** Torquímetro ajustable con escala digital o display analógico.**Elemento Intercambiable (Interchangeable Element):** N/A

% de Capacidad Max. (% of Max Capacity)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error Relativo (Relative Error)	EMP - ISO 6789:2017 (MPE - ISO 6789:2017)	Incertidumbre Relativa (Relative Uncertainty)	Intervalo de Incertidumbre (Uncertainty Interval)
20%	20.593 N·m	20 N·m	-2.862%	± 4%	± 1.8%	± 4.9%
60%	60.914 N·m	60 N·m	-1.495%	± 4%	± 0.81%	± 2.5%
100%	101.410 N·m	100 N·m	-1.386%	± 4%	± 0.77%	± 2.3%