

NO VÁLIDO

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	66103	Fecha de Mantenimiento:	2026-02-18
Propietario:	AVIANCA - ECUADOR S.A.	Técnico de Mantenimiento:	Jonathan Fonseca
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno		

1. Datos

Equipo:	Micrómetro	Código:	*****
Marca:	KEX	Rango:	(0 a 25) mm
Modelo:	8400k	División de escala:	0.01 mm
Serie:	110308663	Ubicación:	*****

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
--------------	--------------	-------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (PASS)

Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo funciona correctamente, se encuentra bajo contenido de polvo. Se realiza limpieza profunda de todas las piezas. El punto cero no se encuentra bien establecido.

4.2. Segundo Escalón:

4.2.1. Con la llave adecuada se gira el tambor principal hasta ubicar correctamente en punto cero del equipo.

INFORME DE
MANTENIMIENTO

Código: 66103
Edición: 01
Fecha Emisión: 2026-02-18

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

NOVÁLIDO

5. Conclusiones

- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, el ajuste del punto cero permite continuar al proceso de calibración del equipo.
- 5.2. El equipo es apto para uso normal.

6. Recomendaciones.

- 6.1. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo
- 6.2. No usar mucha fuerza al momento de realizar lecturas para evitar daños en el tornillo interno o el tambor de medida.

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:




Jonathan Fonseca
Técnico de mantenimiento



Ing. Mateo Bórquez
Gerente Técnico

NO

APROBADO



INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	66103
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2026-02-18

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

NO VALIDO

8. Anexo Fotográfico



Figura 1. Punto cero encontrado.




Figura 2. Punto cero corregido.



Figura 3. Limpieza del equipo.

INFORME DE
MANTENIMIENTO

Código:	66103
Edición:	01
Fecha Emisión:	2026-02-18

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager