

INFORME DE REVISION			
No. de Informe:	64385.1	Fecha de revisión:	2025-10-16
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Micropipeta	
Marca:	Fisherbrand	Modelo:	Finnpipette
No. de serie:	U47840	ID/Código:	QF-V-26
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón		
Informe realizado por:		Ing. Rodrigo Tejada.	

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa e interna
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
Se coloco grasa en el resorte interior
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
- Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada. - Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.


