

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 67333

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-03-19

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-03-19

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-03-19

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-03-19

Cliente (Client): WARTSILA

Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de las Cumbres, Alcal Díaz, Praderas de San Lorenzo, Casa 517, Panamá, Panamá (SEDE)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): MICRÓMETRO DE INTERIORES

Ubicación (Location):

Int. de Medición: (50 a 500) mm

Marca (Brand): MITUTOYO

Código (Code): 7077787

(Measurement Range)

Modelo (Model): 137-203

Lugar de Calibración Lab. INNOVATEC

División de escala: 0.01 mm

Serie (Serial #): 0031306

(Place of Calibration): (Panamá)

(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento
(Procedure): INN-PC-06 por Comparación

Temp. Inicial (Initial Temp.): 20.8 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 51 %HR

Temp. Final (Final Temp.): 21 °C

Hum. Final (Final Hum.): 54 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Gage block set 10 piece (mm)	Mitutoyo	US011-MKE-CI-25000057-1	2025-01-02	2 Años
Bloque 100 mm	Mitutoyo	US011-MKE-CI-25000047-1	2025-01-02	2 Años
Bloque 100 mm	Mitutoyo	US011-MKE-CI-25000081-1	2025-01-02	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Recorrido del cabezal de 13 mm.

(Comments): Falta una varilla de extensión de 13 mm.

Calibrado por: Rubén Ortega Cortés

(Calibrated by):

Aprobado por:

(Approved by):



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No. (Certificate #): 67333

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-03-19

Equipo (Instrument): Micrómetro de Exterior

Marca (Brand): Mitutoyo

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
50.8000 mm	50.800 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
52.0700 mm	52.070 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
53.8500 mm	53.850 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
55.1200 mm	55.120 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
58.4200 mm	58.420 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
60.9600 mm	60.960 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
76.2000 mm	76.200 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
100.0000 mm	100.000 mm	0 μm	$\pm 5 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
101.6000 mm	101.600 mm	0 μm	$\pm 6 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
150.8000 mm	150.800 mm	0 μm	$\pm 7 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$
250.8000 mm	250.800 mm	0 μm	$\pm 9 \mu\text{m}$	$\pm 5.8\text{E}+00 \mu\text{m}$

PENDIENTE

PAGO