

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 64915

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-01-08

Fecha de Verificación (Verification Date): 2026-01-09

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-01-09

Cliente (Client): ALA DE COMBATE NO. 21 FUERZA AEREA
Km. 24 1/2 Vía Durán Tambo, YAGUACHI, GUAYAS

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Detector de Cables **Ubicación (Location):** Laboratorio
Marca (Brand): Vivax Metrotech
Modelo (Model): VS204-1 **Lugar de Calibración (Place of Calibration):** Lab. Innovatec / Innovatec's Lab.
Serie/Código: 20401101455

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (22.3 °C a 22.3 °C) **Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45.8 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-26847	2021-09-27	2 años
Calibrador Acústico	Reed	1002553684	2021-09-17	2 años

Resultados (Results)

Función	Pasa	No Pasa	Observación
Detección de Cable	X		Ninguna
Selección de Frecuencia	X		Ninguna
Nivel de Audio Indicador @ 80 dB	X		Valor Medido: 80 dB; Uk=2: ± 1.5 dB
Indicación de Medida de Corriente	X		Valor Generado: 20 mA; Uk=2: ± 78 µA

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Verificado con Módulo VX205-2; con serie: 20502100395 y Coil VM-Clamp, con serie: 820022038.
Comments: El equipo se encuentra en condiciones óptimas para su uso. El equipo es un indicador y no contiene un sistema de medición, por lo cual no necesita calibración.

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)