

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 64931.1

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-01-09

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-01-16

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-01

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-01-16

Cliente (Client): GESTION AMBIENTAL LABORAL Y DE CALIDAD LABORATORIOS GESTALAB CIA. LTDA.
CAPITAL RAFAEL RAMOS E2-259 Y CRISOSTOMO CASTELLI, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Conductivímetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 200) mS/cm	Ubicación: (Location):	Laboratorio
Marca (Brand):	HANNA	División de escala: (Resolution)	0.01 µS/cm	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Modelo (Model):	HI98194				
Serie (Serial #):	09150016101				
Código (Code):	LGA-EM-002				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-38

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (22.5 a 22.9) °C Humedad (Humidity): (55.9 a 56.2) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Material de Referencia (Reference Material)	Marca (Brand)	LOT #	Fecha Cert. (Cert. Date)	Caduca en (Expires in)
Conductivity Standard	OAKLON	CC24750	2023-06-09	3 año
Conductivity Standard	OAKLON	CC25032	2023-11-16	3 año
Conductivity Standard	OAKLON	CC25314	2023-01-23	3 año

Resultados (Results)

Material de Referencia (Reference Material)	Lectura Inicial (Initial Reading)	Después de Ajuste (After Adjustments)	Lectura Calibración (Calibration Reading)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
84 µS/cm @ 25 °C	73.6 µS/cm	13.5 µS/cm	82.3 µS/cm	-1.7 µS/cm	± 0.73 µS/cm
99 µS/cm @ 25 °C	70 µS/cm	84.1 µS/cm	98 µS/cm	-1 µS/cm	± 0.6 µS/cm
1413 µS/cm @ 25 °C	1200 µS/cm	2738 µS/cm	1411 µS/cm	-2 µS/cm	± 19 µS/cm
12880 µS/cm @ 25 °C	10598 µS/cm	12877 µS/cm	12877 µS/cm	-3 µS/cm	± 77 µS/cm

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)