

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INDECAUCHO CIA. LTDA.		
RUC:	1090077887001	Fecha:	1/30/26, 10:17 AM
Dirección:	SAN JOSÉ DE AYORA / PANAMERICANA NORTE SN, CAYAMBE (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	cbonilla@indecaucho.com	Teléfonos:	22443240/
Contacto:	Ing. Christian Bonilla	Cargo:	JEFE DE

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65702	Medidor de Espesores	MITUTOYO	2416ABS	(0 a 1) in	BJRM45	Calibración In Situ Accesorios: Estuche del equipo
2	65703	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"CX-B	(0 a 200) mm	11907318	Calibración In Situ Accesorios: NA
3	65704	Baño María	BOECO	PW-4	(0 a 65) °C	BYQ65111-190	Calibración In Situ Accesorios: N/A
4	65705	Durómetro Digital	N/A	Seria A	(0 a 100) 492	INN-29978	Calibración In Situ Accesorios: Estuche del Equipo
5	65712	Tensiómetro	SATRA	STM 566	(0 a 500) Kgf	566-5-1513	Calibración In Situ Accesorios: na
6	65713	Balanza Digital	RADWAG	PUE C32	(0 a 50) Kg	805717	Calibración In Situ

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	