

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		
RUC:	1792161886001	Fecha:	1/24/25, 8:47 AM
Dirección:	AV. MANUEL CORDOVA GALARZA PB Y ESPERANZA (Oe4-175), QUITO (PICHINCHA),		
e-mail:	pablo.delhierro@qualipharmlab.com	Teléfonos:	(593) 249-2870 Ext.
Contacto:	ING. PABLO DELHIERRO VALENCIA	Cargo:	Validaciones y

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	53420	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0098670009643	NINGUNA
2	53421	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0098670009644	NINGUNA
3	53422	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0098670009647	NINGUNA
4	53423	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0098670009645	NINGUNA
5	53424	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0097770009082	NINGUNA
6	53425	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0097770009080	NINGUNA
7	53426	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0097770009083	NINGUNA
8	53427	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0097770009081	NINGUNA
9	53428	Termohigrómetro Res. 0.1	N/A	HTC-6	(-10 a 50) °C (10 a 99) %HR	0097770009084	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		