

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |                                                                       |            |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cliente:   | SURFCOECUADOR S.A.                                                    |            |                    |
| RUC:       | 1792235413001                                                         | Fecha:     | 4/2/26, 11:04 AM   |
| Dirección: | ISLA ISABELA N44-596 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                    |
| e-mail:    | jcollaguazo@surfco.ec                                                 | Teléfonos: | (02)-5-109-263/098 |
| Contacto:  | JORGE COLLAGUAZO                                                      | Cargo:     | Logística          |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento           | Marca    | Modelo    | Intervalo            | Serie        | Observaciones Específicas                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 67890   | Calibrador Pie de Rey | MITUTOYO | CD-12" CP | (0 a 300) mm         | 1143676      | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del equipo                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | 67891   | Calibrador Pie de Rey | SHAHE    | N/A       | (0 a 300) mm         | SH2103A05712 | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del equipo                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | 67892   | Calibrador Pie de Rey | MITUTOYO | CD-P6"S   | (0 a 150) mm         | B21074146    | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del equipo                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | 67894   | Multímetro            | FLUKE    | 27 II     | VER ESPECIFICACIONES | 51630013     | El equipo No enciende requiere cambio de baterías (X3-2A)                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | 67895   | Multímetro            | FLUKE    | 27 II     | VER ESPECIFICACIONES | 51630020     | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento requiere cambio de baterías (X3-2A)                                                                                                                                                                                |
| 6   | 67896   | Multímetro            | FLUKE    | 27 II     | VER ESPECIFICACIONES | 51630018     | El equipo No enciende requiere cambio de baterías (X3-2A)<br>Accesorios: Estuche del equipo X1<br>Par de Cables de conexión X1<br>Terminal lagarto rojo                                                                                                                           |
| 7   | 67897   | Insulation Tester     | FLUKE    | 1507      | VER ESPECIFICACIONES | 51350167WS   | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo tiene sulfatado los terminales El equipo esta mojado la parte de la tapa de baterías y su interior requiere cambio de baterías (X4-2A)<br>Accesorios: Estuche del equipo X1<br>Par de cables de conexión |
| 8   | 67898   | Insulation Tester     | FLUKE    | 1507      | VER ESPECIFICACIONES | 51630508WS   | El equipo No enciende requiere cambio de baterías (X4-2A)<br>Accesorios: Estuche del Equipo                                                                                                                                                                                       |
| 9   | 67899   | Insulation Tester     | FLUKE    | 1507      | VER ESPECIFICACIONES | 51070178WS   | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10  | 67900   | Insulation Tester     | FLUKE    | 1507      | VER ESPECIFICACIONES | 50790175WS   | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | 67901   | Insulation Tester     | FLUKE    | 1507      | VER ESPECIFICACIONES | 51350168WS   | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del Equipo X1<br>Par de cables de conexión X1 Cable con pulsador X1 Par de terminales tipo punta X2 Terminales tipo lagarto                                                                                                                        |
| 12  | 67902   | Multímetro            | FLUKE    | 27 II     | VER ESPECIFICACIONES | 51630014     | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del Equipo X1<br>Par de Cables de conexión                                                                                                                                                                                                         |
| 13  | 67903   | MULTIMETRO DIGITAL    | FLUKE    | 27 II     | VER ESPECIFICACIONES | 54780089     | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del Equipo X1<br>Par de cables de conexión                                                                                                                                                                                                         |
| 14  | 67904   | MULTIMETRO DIGITAL    | FLUKE    | 27 II     | VER ESPECIFICACIONES | 51870001     | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del Equipo                                                                                                                                                                                                                                         |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                |            |                     |                                       |
|----------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Elaborado por: | 1725499238 | Fernando Betancourt | recepcion.entrega@group-innovatec.com |
|----------------|------------|---------------------|---------------------------------------|

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14673

Asesor:

FB

Entregó al  
Laboratorio:

Firma:

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...