

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA.		
RUC:	1790435024001	Fecha:	9/3/25, 12:05 PM
Dirección:	CUMBAYA / AV. INTEROCEANICA 212 Y BY PASS DE CUMBAYA, QUITO (PICHINCHA),		
e-mail:	fcordova@levo.ec	Teléfonos:	/+593 96 112 8904
Contacto:	Francisco Cordova	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60811	Termómetro Bimetálico	WIKA	TG53	(0 a 200) °C	INN-48073	NINGUNA
2	60812	Termómetro Bimetálico	WIKA	IP66	(0 a 100) °C	INN-37663	NINGUNA
3	60813	Termómetro Bimetálico	WIKA	TG53	(0 a 200) °C	INN-48075	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
4	60814	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 4"	(0 a 200) psi	INN-48077	NINGUNA
5	60815	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 4"	(0 a 400) psi	INN-48084	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
6	60816	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 4"	(0 a 1000) psi	INN-48087	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
7	60817	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 4"	(0 a 400) psi	INN-48082	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
8	60818	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 4"	(0 a 400) psi	INN-48085	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
9	60819	Manómetro Analógico	WIKA	212.53 4"	(0 a 1000) psi	INN-48086	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	