

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 62943

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-09-30

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-09-30

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-09

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-09-30

Cliente (Client): INDECAUCHO CIA. LTDA.
SAN JOSÉ DE AYORA / PANAMERICANA NORTE SN, CAYAMBE (PICHINCHA), ECUADOR

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	pHmetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 14) pH	Ubicación: (Location):	Laboratorio
Marca (Brand):	Hanna	División de escala: (Resolution)	0.001 pH	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Modelo (Model):	HI7662-W				
Serie (Serial #):	05070004101				
Código (Code):	CY-LB-005				

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-38

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (21.1 a 21.4) °C **Humedad (Humidity):** (56.5 a 57.1) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Material de Referencia (Reference Material)	Marca (Brand)	LOT #	Fecha Cert. (Cert. Date)	Caduca en (Expires in)
Buffer Solution pH 4.005	OAKLON	CC793956	2024-01-03	2 años
Buffer Solution pH 7.002	OAKLON	CC796071	2024-02-01	2 años
Buffer Solution pH 10.008	OAKLON	CC795850	2024-01-30	2 años

Resultados (Results)

Material de Referencia (Reference Material)	Lectura Inicial (Initial Reading)	Después de Ajuste (After Adjustments)	Lectura Calibración (Calibration Reading)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
4 pH @ 22 °C	4.169 pH	4.006 pH	4.006 pH	0.006 pH	± 0.28 pH
7 pH @ 22 °C	7.137 pH	7.015 pH	7.015 pH	0.015 pH	± 0.49 pH
10 pH @ 22 °C	10.142 pH	10.022 pH	10.022 pH	0.022 pH	± 0.69 pH

Recta de Regresión: 0.9973x+0.0043

 Coeficiente de Correlación (r²): 1

Límites de Correlación: (0.995 a 1.005)

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por:
Calibrated by: Jonathan Fonseca

Aprobado por:
Approved by:


Fin de Certificado (End of Certificate)