

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 65509**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-01-27**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-02-04**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** -**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-02-04

Cliente (Client): DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.
DIARIO EL TIEMPO N37-173 y ROMA, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Earth Ground Clamp	Int. de Medición: (Measurement Range)	40 AAC; 1500 Ω	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Fluke				
Modelo (Model):	1630-2 FC	División de escala: (Resolution)	0,001 mA; 0,001 Ω	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	38190046WS				

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 años
Current Adapter	Transmille	35157	2018-01-18	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 65509

Equipo (Instrument): Earth Ground Clamp

Fecha de Calibración: 2026-02-04

Marca (Brand): Fluke

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	4 mA	3.6 mA	3.621 mA	0.021 mA	± 0.61 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	40 mA	36 mA	36.23 mA	0.23 mA	± 4.4 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	400 mA	360 mA	362.1 mA	2.1 mA	± 30 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	4 A	3.6 A	3.619 A	0.019 A	± 9.5 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	30 A	27 A	27.13 A	0.13 A	± 15 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	4 mA	3.6 mA	3.631 mA	0.031 mA	± 0.61 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	40 mA	36 mA	36.28 mA	0.28 mA	± 4.4 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	400 mA	360 mA	362.5 mA	2.5 mA	± 30 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	4 A	3.6 A	3.626 A	0.026 A	± 9.5 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	30 A	27 A	27.19 A	0.19 A	± 15 mA
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	0.5 Ω	0.530 Ω	0.03 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	1 Ω	1.016 Ω	0.016 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	10 Ω	9.91 Ω	-0.090 Ω	± 5.9 mΩ
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	100 Ω	98.22 Ω	-1.78 Ω	± 59 mΩ
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	200 Ω	191.7 Ω	-8.3 Ω	± 59 mΩ
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	400 Ω	378.8 Ω	-21.2 Ω	± 59 mΩ
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	600 Ω	565.8 Ω	-34.2 Ω	± 0.13 Ω
Resistencia Eléctrica	1500 Ω	1000 Ω	940 Ω	-60 Ω	± 0.13 Ω