

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
QUITO, ECUADOR
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 65954-A

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-02-06

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-02-13

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-02

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-02-13

Ciente (Client): LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN
AV. MANUEL CORDOVA GALARZA, PASEO DEL SOL S6-574 Y DE LOS LUCEROS (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Tacómetro	Ubicación (Location): Cefalosporinas	Int. de Medición: (5 a 99999) RPM
Marca (Brand): EXTECH	Código (Code): TAC03	(Measurement Range)
Modelo (Model): 461895	Lugar de Calibración (Place of Calibration): Lab. INNOVATEC (Ecuador)	División de escala: 0.1 RPM
Serie (Serial #): H.409171		(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-26 Por comparación.

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)**Temp. Inicial (Initial Temp.):** 20.5 °C**Temp. Final (Final Temp.):** 20.7 °C**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 58.2 %HR**Hum. Final (Final Hum.):** 57.8 %HR**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Los resultados en # no se encuentran dentro de la acreditación de A2LA, pero si dentro de las capacidades de INNOVATEC

(Comments):

Calibrado por: Jonathan Fonseca
(Calibrated by):

Aprobado por:

(Approved by):

**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 65954-A

Equipo (Instrument): Tacómetro

Fecha de Calibración: 2026-02-13

Marca (Brand): EXTECH

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
# 5 RPM	5 RPM	0 RPM	± 0.103 RPM	± 5.8E-02 RPM
# 30 RPM	30.1 RPM	0.1 RPM	± 0.115 RPM	± 5.8E-02 RPM
60 RPM	60.1 RPM	0.1 RPM	± 0.13 RPM	± 5.8E-02 RPM
100 RPM	100.1 RPM	0.1 RPM	± 0.15 RPM	± 8.0E-01 RPM
1500 RPM	1499 RPM	-1 RPM	± 2 RPM	± 8.4E-01 RPM
10000 RPM	9998 RPM	-2 RPM	± 6 RPM	± 8.0E-01 RPM
60000 RPM	59997 RPM	-3 RPM	± 31 RPM	± 8.4E-01 RPM