

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 67867**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-03-23**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-03-23**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** -**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-03-23

Cliente (Client): TRUST & QUALITY CÍA. LTDA
JUAN GALINDEZ Y 10 DE AGOSTO

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Turbidímetro	Int. de Medición: (0 a 4000) NTU	Código (Code): 009920
Marca (Brand): HACH	(Measurement Range)	Lugar de Calibración (Place of Calibration): Lab. Innovatec / Innovatec's Lab.
Modelo (Model): 2100N	Serie: 10040C026265	

Datos de Calibración (Calibration Info)**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Procedimiento (Procedure):** INN-PC-43**Temperatura (Temp):** (19.5 °C a 18.2 °C)**Humedad (Humidity):** (63 %HR a 65.1 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Material de Referencia (Reference Material)	Marca (Brand)	LOT #	Fecha Cert. (Cert. Date)	Caduca en (Expires in)
100 NTU	CPA Chem	1080097	2025-03-21	2026-09-21
500 NTU	CPA Chem	1080096	2025-03-21	2026-09-21
1000 NTU	CPA Chem	933651	2025-03-13	2026-09-13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 61956 **Equipo (Instrument):** Turbidímetro
Fecha de Calibración: 2025-10-14 **Marca (Brand):** HACH

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
100.0 NTU	97.5 NTU	-2.5 NTU	± 2.0 NTU	± 0.80 NTU
500.0 NTU	505.0 NTU	5.0 NTU	± 9.8 NTU	± 3.0 NTU
1000.0 NTU	991.0 NTU	-9.0 NTU	± 20.0 NTU	± 9.0 NTU